



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NO. LA-925006998-E11-2016

"EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, UBICADA EN CALLE CERRO MONTEBELLO ORIENTE 150, COLONIA MONTEBELLO, EL C.C. MTRO. JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO CHÁVEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, LIC. CARLOS ALBERTO GÁLVEZ FLORES, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, LIC. PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD, ING. DR. JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, DR. OMAR RODOLFO MELENDEZ FRANCO, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA; TODOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, CUYA PERSONALIDAD JURÍDICA SE ACREDITA EN LOS ARTÍCULOS 22 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 63 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, Y LIC. JUAN ANTONIO FRÍAS CASTRO, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, SIGNADO POR EL TITULAR DE LA REFERIDA UNIDAD, C.P. JUAN PABLO YAMUNI ROBLES. POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, C. PEDRO MORENO CÁRDENAS, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DICIPA, SA DE CV, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES AL CONTENIDO DE LAS BASES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL, BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. LA-925006998-E11-2016, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO" REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DE SINALOA.

EN USO DE LA PALABRA, EL MTRO. JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO CHÁVEZ, FUNCIONARIO PÚBLICO AUTORIZADO PARA QUE PRESIDA EL EVENTO, LO DECLARÓ FORMALMENTE INICIADO Y CONTINUÓ CON LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS LICITANTES PARTICIPANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE Y MARGEN DE LA PRESENTE ACTA

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE LOS LICITANTES ASISTENTES AL PRESENTE EVENTO, DETALLÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- RADIOLOGÍA Y ELECTRÓNICA DE MÉXICO, S.A DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
REFERENCIA: A.3) DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, IV PREGUNTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERANDO LOS TIEMPOS DE TRÁMITE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO NOS PERMITE ENTREGARLO UNA VEZ ADJUDICADO, Y PARA LA PROPUESTA UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE Y SE ENTREGARÁ EN CASO DE ADJUDICACIÓN ¿SE ACEPTA?	NO ACEPTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.
REFERENCIA: B) PROPUESTAS TÉCNICAS INCISOS V Y VII PREGUNTA. LA GARANTÍA DE LO SOLICITADO NO ES MUY COMÚN YA QUE EL COSTO CON CADA AÑO SE INCREMENTA DE UNA MANERA CONSIDERABLE Y RESULTA EN ENCARECER EL EQUIPO POR LO QUE SOLICITAMOS LA GARANTÍA DEBA SER DE 36 MESES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
REFERENCIA: SIN NUMERAL PREGUNTA. ENTENDEMOS QUE PODRÁ PARTICIPAR CUALQUIER PERSONA QUE CUENTE CON UN PODER SIMPLE FIRMADO POR LA PERSONA QUE CUENTE CON PODER NOTARIAL ¿ES CORRECTO?	SE DEBERÁ PRESENTAR CON PODER NOTARIAL ORIGINAL O BIEN COPIA CERTIFICADA.
REFERENCIA: 6.- PLAZO DE ENTREGA PREGUNTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA BIENES DE IMPORTACIÓN SE PERMITA UN TIEMPO DE ENTREGA DE AL MENOS 60 DÍAS	SE ACEPTA



PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>NATURALES, DEBIDO AL TIEMPO DE FABRICACIÓN, ENVÍO E INGRESO AL PAÍS ¿SE ACEPTA?</p> <p>REFERENCIA: PARTIDA 11: ULTRASONÓGRAFO DICE: MONITOR CON NIVELES DE GRIS, TONOS DE COLOR</p> <p>PREGUNTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA QUE LA CONVOCANTE ADQUIERA UN EQUIPO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA SE DEBA OFERTAR UN MONITOR DE 17 PULGADAS Y PANTALLA TOUCHSCREEN DE 8.9" Y 256 NIVELES DE GRIS Y TONOS DE COLOR ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN LIMITAR
<p>REFERENCIA: PARTIDA 11: ULTRASONÓGRAFO DICE: RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA EN DB</p> <p>PREGUNTA. PREGUNTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA QUE LA CONVOCANTE ADQUIERA UN EQUIPO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA SE DEBA OFERTAR UN EQUIPO CON 230 DB O MAYOR PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN LIMITAR
<p>REFERENCIA: PARTIDA 11: ULTRASONÓGRAFO DICE: PROGRAMA DE ECOREALZADORES</p> <p>PREGUNTA. LO SOLICITADO ES UNA TECNOLOGÍA QUE EN MÉXICO NO SE USA ADEMÁS DE QUE ENCARECE DE MANERA CONSIDERABLE EL PRECIO DEL EQUIPO POR LO QUE SOLICITAMOS SE DEBA COMPROBAR QUE TIENE POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO SIMPLEMENTE ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN LIMITAR
<p>REFERENCIA: PARTIDA 11: ULTRASONÓGRAFO DICE: CON TRANSDUCTOR PARA EL ULTRASONIDO MAMARIO</p> <p>PREGUNTA. SOLICITAMOS SE DEBA OFERTAR UN TRANSDUCTOR CON UN ANCHO DE BANDA DE 6 MHZ O MENOR A 18 MHZ O MAYOR LO QUE PERMITE CONTAR CON UN RANGO DE PROFUNDIDAD ÓPTIMO ¿SE ACEPTA?</p>	EL ANCHO DE BANDA DEBERÁ SER MAYOR A 11 MHZ
<p>REFERENCIA: PARTIDA 11: ULTRASONÓGRAFO DICE: EXCLUSIVO PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE MUJERES CON BIRADS 0, 3, 4 Y 5.</p> <p>PREGUNTA. LO SOLICITADO CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN QUE ES DADA POR EL USUARIO, EL EQUIPO QUE OFERTARÁ MI REPRESENTADA SIRVE PARA LOS FINES REQUERIDOS, SIN EMBARGO, NO SE PLASMA EN SU LITERATURA POR QUE LA EVALUACIÓN ES PARTE DEL ÁREA USUARIO POR LO QUE SOLICITAMOS ESTO NO SE DEBA REFERENCIAR O MANIFESTARLO MEDIANTE UNA CARTA DE QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN LIMITAR

2.- ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS:</p> <p>1.- ENTENDEMOS QUE EL OFERTAR COMPONENTES CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. ¿ES CORRECTO?</p>	ES CORRECTO.
<p>2.- NUMERAL 4, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, INCISO B PROPUESTAS TÉCNICAS, SUBINCISOS V, VI, VII.</p> <p>LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS HACEN REFERENCIA A UN TIEMPO DE GARANTÍA DE 48 MESES Y EN EL ANEXO TÉCNICO 1, RENGLÓN O PARTIDA 12 INDICAN QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR 3 AÑOS DE GARANTÍA (36 MESES) EN TODA LA SOLUCIÓN OFERTADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL TIEMPO DE GARANTÍA QUE SE DEBE OFERTAR ES DE 48 MESES O 3 AÑOS, FAVOR DE ACLARAR.</p>	36 MESES
<p>3.- NUMERAL 4, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, INCISO B, NUMERAL VIII. DEBERÁ PRESENTAR FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS DE LAS PARTIDAS O RENGLONES DEL BIEN QUE SE OFERTE, SI ALGUNO(S) DE ESTOS FOLLETOS ESTÁN REDACTADOS EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERÁ PRESENTARSE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE DEL MISMO Y PRESENTAR DE MANERA ELECTRÓNICA LOS CATÁLOGOS CON SUS ESPECIFICACIONES EN EL PRESENTE ACTO, LO ANTERIOR PARA EVITAR QUE PRESENTEN MANUALES EXTENSOS. DEBERÁN INCLUIRLE EL SELLO DE LA EMPRESA LICITANTE.</p>	NO HAY PREGUNTA QUE CONTESTAR EN ESTE PUNTO.
<p>4.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR LA PORTADA Y SOLO LAS HOJAS DE LOS FOLLETOS, MANUALES Y/O CATÁLOGOS REFERENCIADOS DE LAS PARTIDAS O RENGLONES QUE SE DEBE OFERTAR, ESTO CON EL OBJETIVO DE AGILIZAR LA REVISIÓN DE</p>	SE ACEPTA, SIN LIMITAR



PREGUNTAS	RESPUESTAS
LA PROPUESTA Y EN CASO DE QUE LA EMPRESA LICITANTE RESULTE ADJUDICADA, DEBERÁ PRESENTAR LOS MANUALES, FOLLETOS Y CATÁLOGOS COMPLETOS. ¿SE ACEPTA?	
PREGUNTAS TÉCNICAS:	
5.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PODER ENUMERAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA CEDULA PARA CADA UNO DE LOS RENGLONES, CON EL OBJETIVO DE FACILITAR LA REFERENCIA DE CADA PUNTO ASÍ COMO SU REVISIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN LIMITAR
6.- ANEXO 1, RENGLÓN Ó PARTIDA 12: CON EL OBJETIVO DE AGILIZAR Y FACILITAR LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR ÚNICAMENTE LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES Y CATÁLOGOS CON SU RESPECTIVA PORTADA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO PROPORCIONARÁ LOS MANUALES COMPLETOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN LIMITAR
7.- ANEXO 1 TÉCNICO, RENGLÓN Ó PARTIDA 12, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA OFERTA COMPETITIVA A LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS NOS ACLARE SI SOLO SE DEBE OFERTAR UNA ESTACIÓN DE DIAGNOSTICO O TODO UN SISTEMA RIS – PACS FAVOR DE ACLARAR	SOLO ESTACIÓN DIAGNOSTICA CON DOS PANTALLAS DE 5 MEGAPÍXELES
8.- ANEXO 1 TÉCNICO, RENGLÓN Ó PARTIDA 12, EN CASO QUE LA CONVOCANTE REQUIERA UN SISTEMA RIS – PACS, SOLICITAMOS NOS INDIQUE CUAL ES EL NÚMERO MÁXIMO DE ESTUDIOS ANUALES QUE REALIZAN, CUANTAS TERMINALES PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLOGÍA (RIS) REQUIEREN Y QUE EQUIPOS DE IMAGEN TIENE EL HOSPITAL, LO ANTERIOR PARA PODER REALIZAR UNA OFERTA ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD FAVOR DE ACLARAR	EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES EL ÁREA REQUERENTE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE NO SE REQUIERE RIS-PACS.
9.- ANEXO TÉCNICO 1, RENGLÓN Ó PARTIDA 12, LA CONVOCANTE MENCIONA QUE EL SOFTWARE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN CUALQUIER ESTACIÓN DE TRABAJO CONECTADA A LA RED DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y DEBERÁ INCLUIR LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES O HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES PARA MASTOGRAFÍA. ENTENDEMOS QUE EL HOSPITAL YA CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA DE RED EXCLUSIVA PARA EL ÁREA DE IMAGEN Y QUE EN CASO DE NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA DE RED SERÁ RESPONSABILIDAD DEL HOSPITAL LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
10.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE INDICA QUE: SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CONEXIÓN AL SISTEMA DE ESTACIONES DE TRABAJO QUE SE INCORPORARAN (INCLUIDAS ESTACIONES DE TRABAJO Y ESTACIONES DE ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ESTEREOTAXIA DIGITAL). ENTENDEMOS QUE PARA REFERENCIAR DICHA FUNCIONALIDAD SERÁ MEDIANTE EL ESTÁNDAR DICOM 3.0 ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
11.- ANEXO 1 TÉCNICO RENGLÓN Ó PARTIDA 12, LA CONVOCANTE INDICA QUE EL SISTEMA DEBE TENER ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR. EN LA ACTUALIDAD LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS RIS – PACS ESTÁN BASADOS EN TECNOLOGÍA WEB, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN SE PUEDA OFERTAR UN SISTEMA RIS – PACS BASADO EN TECNOLOGÍA WEB, EL CUAL REPRESENTA UNA MAYOR VENTAJA TECNOLÓGICA POR ENCIMA DE LA ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR ¿SE ACEPTA?	EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES EL ÁREA REQUERENTE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE NO SE REQUIERE RIS-PACS.
12.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL SISTEMA GARANTICE LA RECEPCIÓN DE IMÁGENES PROVENIENTES DEL CR, MASTÓGRAFOS DIGITALES Y EQUIPOS DE ESTEROTAXIA DIGITAL QUE OPEREN BAJO EL ESTÁNDAR DICOM (APLICA TANTO PARA EQUIPOS QUE ESTÉN UBICADOS DENTRO DE LA UNEME COMO EN OTRAS UNIDADES TALES COMO CENTROS EMISORES, UNIDADES MÓVILES, ETC.). QUE GARANTICE EL ENVÍO Y DESPLIEGUE DE ESTAS IMÁGENES EN ESTACIONES DE TRABAJO. ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A INTEGRAR A LA SOLUCIÓN OFERTADA YA CUENTAN CON LAS LICENCIAS DICOM WORK LIST Y SEND/STORAGE REQUERIDAS PARA LA COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA RIS/PACS OFERTADO ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
13.-ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12. LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL SISTEMA DEBE GARANTIZAR LA RECEPCIÓN DE IMÁGENES PROVENIENTES DEL CR, MASTÓGRAFOS DIGITALES Y EQUIPOS DE ESTEROTAXIA DIGITAL QUE OPEREN BAJO EL ESTÁNDAR DICOM (APLICA TANTO PARA EQUIPOS QUE ESTÉN UBICADOS DENTRO DE LA UNEME COMO EN OTRAS UNIDADES TALES COMO CENTROS EMISORES, UNIDADES MÓVILES, ETC.). QUE GARANTICE EL ENVÍO Y DESPLIEGUE DE ESTAS IMÁGENES EN ESTACIONES DE TRABAJO. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE YA CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN NECESARIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS EMISORES. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
14.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUEN CUANTOS Y CUALES CENTROS EMISORES ASÍ COMO UNIDADES MÓVILES SE PRETENDEN COMUNICAR.	EN UN FUTURO SERÍAN LOS MOCHIS, GUASAVE, MAZATLÁN, ESCUINAPA, UNIDAD MÓVIL 2 Y CENTRO DE SALUD URBANO, UNEME.
15.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE SOLICITA LO SIGUIENTE: CON POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER DE LA MUJER (SICAM) Y AL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO. ENTENDEMOS QUE LA INTEGRACIÓN CON EL SICAM SE REALIZARA A TRAVÉS DEL PROTOCOLO HL7 ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO SIEMPRE Y CUANDO SE INTEGRE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
16.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE SOLICITA LA POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER DE LA MUJER (SICAM), POR SER UN SISTEMA INSTITUCIONAL (NO COMERCIAL) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN REFERENCIAR TODOS LOS PUNTOS DONDE SE SOLICITA LA INTEGRACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER DE LA MUJER (SICAM) A TRAVÉS DE UNA CARTA DEL FABRICANTE QUE INDIQUE LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA INTEGRACIÓN ANTES MENCIONADA, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN LIMITAR
17.- ANEXO 1, RENGLÓN O PARTIDA 12, LA CONVOCANTE SOLICITA LA POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CÁNCER DE LA MUJER (SICAM); LA ÚNICA FORMA DE REFERENCIAR ESTE PUNTO EN EMPRESAS QUE NO TIENEN EL SISTEMA INSTALADO E INTEGRADO CON EL SICAM, ES MEDIANTE UNA CARTA DONDE NOS COMPROMETEMOS A QUE EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE PODRÍA REALIZAR DICHA INTEGRACIÓN, DE NO SER ACEPTADO ESTA FORMA SE ESTARÍA LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN A UNA SOLA MARCA, POR LO TANTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL PRESENTAR LA CARTA QUE SE MENCIONA EN LA PREGUNTA 13 NO SEA UNA LIMITANTE PARA PODER PARTICIPAR EN DICHO PROCESO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN LIMITAR
18.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE SOLICITA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES VÍA WEB DONDE LAS PC'S SOLO NECESITARAN SOFTWARE PARA ACCEDER A INTERNET MÁS JAVA, SE SOLICITA PODER OFERTAR UNA APLICACIÓN DE VISUALIZACIÓN A LA QUE SE PUEDA TENER ACCESO A TRAVÉS DE UN NAVEGADOR DE INTERNET SIN NECESIDAD DE DESCARGAR JAVA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN LIMITAR
19.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE SOLICITA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE RADIOLOGÍA CON ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR. LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS RIS - PACS HAN EVOLUCIONADO DE UNA ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR A UNA ARQUITECTURA WEB LA CUAL PERMITE CONTAR CON MÚLTIPLES VENTAJAS OPERATIVAS QUE REPERCUTEN EN EL FLUJO DE TRABAJO Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMAS CON ARQUITECTURA WEB ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIN LIMITAR
20.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: ESTACIONES DE RIS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUANTAS ESTACIONES RIS REQUIEREN PARA CONTEMPLARLAS EN LA PROPUESTA.	DOS ESTACIONES DE TRABAJO CON DOS PANTALLAS GRADO MEDICO DE 5 MEGAPÍXELES CADA UNA.
21.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL	ES CORRECTO.

4

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS REQUISITOS DE INSTALACIÓN PARA LE SITE, INSTALACIÓN DE NODOS REQUERIMIENTOS DE RED, DIMENSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE ACONDICIONADO, TIERRAS FÍSICAS, ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD EN SITE. ENTENDEMOS QUE LA CONVOCANTE SE HARÁ CARGO DE LAS ADECUACIONES QUE SE MENCIONAN ANTERIORMENTE, Y QUE SOLO DEBE ENTREGAR EL LICITANTE LOS REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO OFERTADO, ¿ES CORRECTO?	
22.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS MANUALES DE USUARIO EN ESPAÑOL Y TÉCNICOS (EN INGLES DE SER POSIBLE EN ESPAÑOL) DE TODOS LOS COMPONENTE (HARDWARE Y SOFTWARE) DEL SISTEMA. ENTENDEMOS QUE SOLO LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA ES LA QUE DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACIÓN ANTES MENCIONADA. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
23.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE INDICA QUE: LA EMPRESA FABRICANTE DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD TÉCNICA PARA SOPORTAR EL SISTEMA POR MEDIO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS. COMPRENDEMOS QUE LA EMPRESA LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADA, SERÁ LA RESPONSABLE DEL CONTRATO DAMOS POR ENTENDIDO QUE TODOS LOS PUNTOS QUE HACEN REFERENCIA A ESTE NUMERAL DEBERÁN PRESENTARSE POR PARTE DEL LICITANTE, EL CUAL DEBE CONTAR CON EL RESPALDO Y CON LA EXPERIENCIA DEL FABRICANTE DE MARCA INDISPENSABLE PARA PROPORCIONAR UN BUEN SERVICIO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
24.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE SOLICITA: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL FABRICANTE NOTARIADA O APOSTILLADA Y ACOMPAÑADA DE COPIA SIMPLE DEL PODER DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE, GARANTIZANDO QUE EL SISTEMA ES CAPAZ DE GENERAR LOS CAMPOS ANTERIORES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE QUE CAMPOS SE REQUIERE INCLUIR EN LA CARTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL FABRICANTE.	SE REQUIERE QUE CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
25.- ANEXO 1 RENGLÓN O PARTIDA 12: LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL PROVEEDOR SE COMPROMETA A ACTIVAR TODAS LAS LICENCIAS DICOM EN EL MOMENTO QUE EL PROYECTO LO REQUIERA Y SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL, ENTENDEMOS QUE SOLO SE REFIERE A LOS EQUIPOS OFERTADOS POR EL LICITANTE EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE PARA INTEGRAR LOS DIVERSOS EQUIPOS DE IMAGEN SE REALIZARAN DE FORMA CONJUNTA CON LOS PROVEEDORES DE LAS DIFERENTES MARCAS. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO

3.- LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS	RESPUESTAS
PUNTO 3. I EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE SE NOS PERMITA ENVIAR NUESTRO SOBRE POR MEDIO DE MENSAJERÍA QUEDANDO BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD QUE USTEDES LO RECIBAN A TIEMPO ANTES DEL EVENTO DE APERTURA.	NO SE ACEPTA ES UNA LICITACIÓN "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS"
PUNTO 3. XVII FAVOR DE EXPLICAR A QUÉ SE REFIERE LO ASENTADO EN ESTE PUNTO SOBRE LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES MEXICANAS NO PREVISTO EN LAS BASES O SI SE TRATA DE INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS.	SE TRATA DE INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS.
PUNTO 4 B) VIII DE ACUERDO A ESTE PUNTO DEBEMOS DE PRESENTAR LOS CATÁLOGOS DE MODO ELECTRÓNICO CON SUS ESPECIFICACIONES PARA EVITAR QUE SE PRESENTEN MANUALES	DEBERÁ PRESENTAR EN FÍSICO, CARATULA DEL FOLLETO INDICANDO LA PÁGINA DONDE



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

PREGUNTAS		RESPUESTAS
PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS		
EXTENSOS. FAVOR DE EXPLICAR YA QUE ESTE PUNTO NO QUEDA MUY CLARO.		APAREZCA EL PRODUCTO A OFERTAR, DEBIDAMENTE REFERENCIADO AL RENGLÓN OFERTADO.
PUNTO 6 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE SE AMPLÍE EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE FALLO EN VIRTUD A QUE LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS SON DE IMPORTACIÓN Y 30 DÍAS NATURALES NO SON SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON EL TRANSPORTE Y CON EL PROCESO DE IMPORTACIÓN DE LOS MISMOS ADEMÁS DE QUE ALGUNOS DE ESTOS EQUIPOS SOLICITADOS SE FABRICAN SOBRE PEDIDO.		SE ACEPTA
PUNTO 8 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI DURANTE LA ENTREGA DE LOS BIENES EN CASO DE ADJUDICACION DEBE DE ESTAR PRESENTE UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA O PUEDE ENTREGAR EL PERSONAL DE LA PAQUETERIA CONTRATADA.		DEBERÁ DE ESTAR UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADO.
PUNTO 8.II FAVOR DE ACLARAR. EL ESCRITO DE GARANTÍA QUE SE SOLICITA EN ESTE PUNTO DEBE DE ANEXARSE A LAS BASES O SE ENTREGA EN CASO DE ADJUDICACIÓN JUNTO CON LA GARANTÍA DEL 10% Y LA PÓLIZA POR 48 MESES?		SE DEBERÁ DE ENTREGAR DENTRO DEL SOBRE DONDE PRESENTE SU PROPUESTA
PREGUNTAS TÉCNICAS PARTIDA 6 FAVOR DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN ACERCA DE LA VELOCIDAD Y LA TEMPERATURA QUE DEBE DE TENER LA PLACA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN SOLICITADA.		VELOCIDAD: 60 A 1,150 RPM TEMPERATURA: 5°C A 550 °C

4.- ULTRAMEDIXI, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS		RESPUESTAS
PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS A LA CONVOCANTE:		
1.- REFERENTE AL NUMERAL 3, FRACCIÓN II. DICE: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SÓLO PODRÁN PARTICIPAR LICITANTES MEXICANOS Y EXTRANJEROS DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE CELEBRADO TRATADOS,...		SE DEBERÁN OFERTAR PRODUCTOS FABRICADOS EN LOS PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TENGA TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y QUE CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN EL MISMO.
PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SER UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, LOS BIENES DE FABRICACIÓN EXTRANJERA OFERTADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBEN SER FABRICADOS E IMPORTADOS DE PAÍSES CON LOS CUALES LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENEN CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO QUE CONTenga UN TÍTULO O CAPÍTULO DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO VIGENTE. LO ANTERIOR OBEDECE A QUE EXISTEN MARCAS CUYA CASA MATRIZ SE ENCUENTRA UBICADA EN PAÍSES COMO EUA, ALEMANIA, HOLANDA Y JAPÓN, PERO LOS EQUIPOS SON FABRICADOS EN CHINA, MALASIA, PAKISTÁN, COREA E INDIA Y PARA COMERCIALIZARLOS SOLAMENTE COLOCAN LAS ETIQUETAS DE LA MARCA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?		
2.- REFERENTE AL NUMERAL 4, INCISO A) DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACIÓN, SUB-INCISO A.1, PÁRRAFO VI. DICE: ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DE LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPANTE. PREGUNTA: DEBIDO A LOS CAMBIOS QUE SE HAN GENERADO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), YA NO SE GENERAN CEDULAS ORIGINALES ESTAS FUERON SUSTITUIDAS POR ARCHIVOS ELECTRÓNICOS; ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL SE DEBERÁ DE ENTREGAR LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPANTE CON LA CADENA DE		SE PODRÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
CERTIFICACIÓN DIGITAL EMITIDA POR EL PORTAL EN INTERNET DEL SAT. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
3.- REFERENTE AL NUMERAL 4, INCISO A) DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACIÓN, SUB-INCISO A.3, PÁRRAFO V; INCISO A). DICE: DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO II, PUNTO 5 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES: INCISO A) QUE LOS BIENES DE ORIGEN NACIONAL CUENTAN CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL Y DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I DE LA LEY; O BIEN QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL TRATADO O ACUERDO APLICABLE A ESTA LICITACIÓN. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL DEBEMOS DE ANEXAR UNA CARTA MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL BIEN PROPUESTO NO ES DE ORIGEN NACIONAL Y QUE AL TRATARSE DE UN BIEN DE IMPORTACIÓN CUMPLE CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL TRATADO O ACUERDO APLICABLE A ESTA LICITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTO, SIN LIMITAR.
4.- REFERENTE AL NUMERAL 4, INCISO A) DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DE IDENTIFICACIÓN, SUB-INCISO A.3, PÁRRAFO V; INCISO B). DICE: DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO II, PUNTO 5 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES: INCISO B) LOS BIENES IMPORTADOS CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO DEL ACUERDO O TRATADO APLICABLE A ESTA LICITACIÓN. PREGUNTA: ESTE NUMERAL SE REFIERE A QUE EN CASO DE OFERTAR BIENES IMPORTADOS ESTOS DEBEN SER "FABRICADOS E IMPORTADOS" DESDE UN PAÍS CON EL CUAL LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TIENEN CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y CUMPLEN CON LAS REGLAS DE ORIGEN ESTABLECIDAS EN EL CAPITULO DEL ACUERDO O TRATADO APLICABLE A ESTA LICITACIÓN. LO ANTERIOR OBEDECE A QUE EXISTEN MARCAS CUYA CASA MATRIZ SE ENCUENTRA UBICADA EN E.U.A., ALEMANIA, HOLANDA, JAPÓN Y LOS EQUIPOS SON FABRICADOS EN CHINA, MALASIA, PAKISTÁN, COREA, TAIWÁN E INDIA Y PARA COMERCIALIZARLOS ÚNICAMENTE LES COLOCAN LA ETIQUETA DE LA CASA MATRIZ. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	APEGARSE A BASES
5.- REFERENTE AL NUMERAL 4, INCISO B) PROPUESTAS TÉCNICAS, PÁRRAFO VIII. DICE: DEBERÁ PRESENTAR FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS BIENES QUE SE OFERTEN... SI ALGUNO(S) DE ESTOS FOLLETOS ESTÁN REDACTADOS EN UN IDIOMA DIFERENTE AL ESPAÑOL, DEBERÁ PRESENTARSE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE DEL(OS) MISMO(S)... PREGUNTA: DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS QUE VAMOS A OFERTAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SON FABRICADOS EN EL EXTRANJERO Y ALGUNA DOCUMENTACIÓN VIENEN EN IDIOMA INGLES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN ARRIBA REFERIDA EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLES CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LOS PÁRRAFOS Y CARACTERÍSTICAS QUE SE UTILIZARAN PARA DICHA REFERENCIACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SIN LIMITAR.
6.- REFERENTE AL NUMERAL 4, INCISO C) PROPUESTAS ECONÓMICAS, PÁRRAFO IV.	ES CORRECTO, MÁS SIN

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '4' at the top, a signature, and another signature at the bottom.



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA


PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>DICE: DE CONFORMIDAD CON EL ART. 28 DE LA LEY, Y EL 37 DE SU REGLAMENTO, LOS LICITANTES EXTRANJEROS Y LOS NACIONALES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS QUE SE PRESENTAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O SUBSIDIOS. EN EL ESCRITO DE LA OFERTA ECONÓMICA DEL LICITANTE SEÑALARÁN EL PRECIO PROMEDIO DEL BIEN PUESTO EN PLANTA, PREVALECIENTE EN EL MERCADO INTERNO DEL PAÍS EXPORTADOR O DE EXPORTACIÓN A UN LUGAR DISTINTO DE MÉXICO EN UN PERIODO DE UN AÑO ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y EN LA MISMA MONEDA DE LA PROPUESTA CON LA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA.</p> <p>PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTE NUMERAL SOLO APLICA PARA AQUELLOS LICITANTES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA QUIENES DEBERÁN DE PRESENTAR ESTE NUMERAL BAJO LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>EMBARGO, LOS LICITANTES A LOS QUE NO LES APLIQUE ALGÚN PUNTO DE ESTA LICITACIÓN DEBERÁN ANEXAR UNA CARTA DONDE REFERENCIE EL PUNTO EXPLICANDO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO LES APLICA DICHO PUNTO.</p>
<p>7.-REFERENTE, SIN NUMERAL.</p> <p>PREGUNTA: LOS EQUIPOS QUE DEBAMOS OFERTAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁN SER EQUIPOS QUE NO SE ENCUENTREN EN VÍAS DE DESCONTINUADOS O QUE EL PROVEEDOR SEPA QUE ESTARÁN FUERA DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES. DE LO CONTRARIO EL LICITANTE SERÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES CONTENIDAS EN LA LAASSP.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR EQUIPOS QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS APEGADAS AL ANEXO TÁCTICO DE LAS PRESENTES BASES Y LA VALORACIÓN QUEDARA A CARGO DEL ÁREA USUARIA Y/O REQUIRENTE.</p>
<p>8.- REFERENTE, SIN NUMERAL.</p> <p>PREGUNTA: SE LE PIDE A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE EL NÚMERO DE SESIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, YA QUE ESTO IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.</p> <p>¿FAVOR DE ACLARAR?</p>	<p>1 MANTENIMIENTO</p>
<p>9.- REFERENTE, SIN NUMERAL.</p> <p>PREGUNTA: SE LE PIDE A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE EL NÚMERO DE SESIONES DE CAPACITACIÓN QUE DEBEMOS INCLUIR EN NUESTRA PROPUESTA, YA QUE ESTO IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.</p> <p>¿FAVOR DE ACLARAR?</p>	<p>2 SESIONES</p>
<p>10.- REFERENTE AL ANEXO 1, PARA TODAS LAS PARTIDAS.</p> <p>PREGUNTA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITAN NUMERAR CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CEDULAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1 (UNO) PARA TODOS LAS PARTIDAS. LO ANTERIOR PARA PODER IDENTIFICAR Y REFERENCIAR CON MAYOR PRECISIÓN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS CEDULAS Y DE ESTA MANERA FACILITARLE A LA CONVOCANTE SU LOCALIZACIÓN EN FOLLETOS Y/O MANUALES REFERENCIADOS.</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>SE ACEPTA, SIN LIMITAR.</p>
<p>PREGUNTAS TÉCNICAS A LA CONVOCANTE:</p>	
<p>1.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: MONITOR CON NIVELES DE GRIS, TONOS DE COLOR.</p> <p>PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA ES MUY AMBIGUA. POR LO ANTERIOR Y PARA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA PUEDAN ADQUIRIR EQUIPOS DE TECNOLOGÍA ACTUAL Y ALTO DESEMPEÑO, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE TODOS LOS LICITANTES DEBAMOS OFERTAR "MONITOR LCD O TFT A COLOR DE 19 PULGADAS O MAYOR CON 256 NIVELES DE GRIS Y 50,000 TONOS DE COLOR O MAYOR". ESTA CARACTERÍSTICA PERMITIRÁ QUE TODOS LOS LICITANTES ESTEMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA OFERTAR Y CORRESPONDE A EQUIPOS MODERNOS DE ULTIMA GENERACIÓN.</p>	<p>SE ACEPTA</p>

A

B

C

D



PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>2.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA EN DB. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CEDULA TÉCNICA PARA ESTA PARTIDA NO CUENTA CON UN RANGO DE TRABAJO Y PARA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA PUEDAN ADQUIRIR EQUIPOS CON ALTO DESEMPEÑO TECNOLÓGICO QUE RESUELVAN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE TODOS LOS LICITANTES DEBAMOS OFERTAR "RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA DE 290 DB O MAYOR". CABE ACLARAR QUE ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE A EQUIPOS DE ULTIMA GENERACIÓN. ESTO BENEFICIA AL DIAGNÓSTICO AL OBTENER UNA IMAGEN DE MAYOR RESOLUCIÓN Y TODOS LOS LICITANTES ESTAREMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA OFERTAR.</p>	<p>SE ACEPTA</p>
<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>3.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: DOPPLER CONTINUO. PREGUNTA: ESTA ES UNA HERRAMIENTA PARA APLICACIONES EN CARDIOLOGÍA. LA FUNCIÓN SE ACTIVA ÚNICAMENTE AL CONECTAR TRANSDUCTORES DE ARREGLO EN FASE (PHASED ARRAY) Y REQUIERE SOFTWARES PARA CARDIOLOGÍA, LOS CUALES NO ESTÁN SOLICITADOS EN LA CEDULA DE LA PRESENTE PARTIDA, COMO CONSECUENCIA LA MAQUINA QUEDARÍA SUBUTILIZADA. POR LO ANTERIOR Y PARA NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL DOPPLER CONTINUO SE REFERENCIE COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO Y QUE NO SE CONSIDERE EN LA OFERTA ECONÓMICA.</p>	<p>SE ACEPTA, ES PARA MAMA</p>
<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>4.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: ANGIO. PREGUNTA: ESTA FUNCIÓN SE REFIERE A LA CAPACIDAD DEL ULTRASONIDO PARA DESPLEGAR LA DIRECCIÓN Y SENTIDO DEL FLUJO SANGUÍNEO ADEMÁS DE LA CAPACIDAD DE REALIZAR MEDICIONES DE TAL FLUJO. EN NUESTRA MARCA ESTA CARACTERÍSTICA SE DENOMINA COMO "DOPPLER MODO TRIPLEX"; EN EL CUAL SE GENERA UN ESPECTRO CON MEDICIONES AUTOMÁTICAS Y GENERA LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE RESISTIVIDAD, ÍNDICE DE PULSATILIDAD Y RELACIÓN SÍSTOLE DIÁSTOLE. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITAN REFERENCIAR EL ANGIO COMO "DOPPLER MODO TRIPLEX".</p>	<p>NO SE ACEPTA, ES PARA MAMA</p>
<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>5.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: IMÁGENES HARMÓNICAS EN MODOS B Y COLOR EN LAS VARIABLES PENETRACIÓN Y RESOLUCIÓN O INVERSIÓN DE PULSOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE TODOS LOS TRANSDUCTORES OFERTADOS EN LA PRESENTE PARTIDA DEBERÁN CONTAR CON LA CAPACIDAD DE GENERAR IMÁGENES HARMÓNICAS EN MODOS B Y COLOR EN LAS VARIABLES PENETRACIÓN Y RESOLUCIÓN O INVERSIÓN DE PULSOS.</p>	<p>LOS TRANSDUCTORES DEBERÁN SER PARA GLÁNDULA MAMARIA</p>
<p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>6.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: PROGRAMA DE ECOMREALIZADORES O MEDIOS DE CONTRASTE. PREGUNTA: ESTE SOFTWARE TIENE UN COSTO MUY ELEVADO, ADEMÁS REQUIERE DE CONSUMIBLES QUE TIENEN COSTOS MUY ELEVADOS POR CADA DOSIS. EN ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA Y EUROPA ESTA EN DESUSO DEBIDO A QUE EL MEDIO DE CONTRASTE TIENE UN TIEMPO DE VIDA MUY CORTO Y NO PERMITE REALIZAR EL DIAGNÓSTICO. PARA EVITAR INCREMENTAR CONSIDERABLEMENTE EN EL COSTO DEL SISTEMA, EN FORMA INNECESARIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE NUMERAL SOLO SE DEBA DEMOSTRAR COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DEL SISTEMA Y QUE NO SE INCLUYA EN LA OFERTA ECONÓMICA.</p>	<p>SE ACEPTA, LIMITAR.</p>


4

7

6

Handwritten signature

Handwritten signature



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>7.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP EN COLOR, BLANCO Y NEGRO Y CINE ESPECTRAL.</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CEDULA TÉCNICA PARA ESTA PARTIDA NO CUENTA CON RANGOS DE TRABAJO Y PARA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA PUEDA ADQUIRIR EQUIPOS CON ALTA TECNOLOGÍA QUE RESUELVAN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE TODOS LOS LICITANTES DEBAMOS OFERTAR "UNA MEMORIA DE 1,800 CUADROS O MAYOR Y 300 SEGUNDOS (5 MINUTOS) DE CINE ESPECTRAL". CABE ACLARAR QUE ESTO NO INCREMENTA EL COSTO DEL EQUIPO PERO SI BENEFICIA AL USUARIO DISMINUYENDO LOS TIEMPOS DE AUSCULTACIÓN.</p>	<p>SE ACEPTA</p>
<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>8.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: SALIDA DE VIDEO.</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CEDULA TÉCNICA PARA ESTA PARTIDA NO CUENTA CON RANGO DE TRABAJO Y PARA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA PUEDA ADQUIRIR EQUIPOS CON ALTO DESEMPEÑO TECNOLÓGICO QUE RESUELVAN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE TODOS LOS LICITANTES DEBAMOS OFERTAR "SALIDAS DE VIDEO TIPO DVI Y/O HDMI PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS IMÁGENES". CABE ACLARAR QUE ESTO NO INCREMENTA EL COSTO DEL EQUIPO PERO SI BENEFICIA AL USUARIO.</p>	<p>SE ACEPTA SIN LIMITAR.</p>
<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>9.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: CONVERTIDOR DE BARRIDO DE CANALES DE PROCESO DIGITAL DESDE LA FORMACIÓN DEL HAZ.</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CEDULA TÉCNICA PARA ESTA PARTIDA NO CUENTA CON RANGO DE TRABAJO Y PARA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA PUEDA ADQUIRIR EQUIPOS CON ALTO DESEMPEÑO TECNOLÓGICO QUE RESUELVAN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE TODOS LOS LICITANTES DEBAMOS OFERTAR "50,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL DESDE LA FORMACIÓN DEL HAZ O MAYOR, A 12 BITS O MAYOR". CABE ACLARAR QUE ESTO NO INCREMENTA EL COSTO DEL EQUIPO PERO SI BENEFICIA AL DIAGNÓSTICO GENERANDO IMÁGENES DE MAYOR DEFINICIÓN.</p>	<p>SE ACEPTA SIN LIMITAR.</p>
<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>10.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: SELECCIÓN DE PUNTOS FOCALES.</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CEDULA TÉCNICA PARA ESTA PARTIDA NO CUENTA CON RANGO DE TRABAJO Y PARA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA PUEDA ADQUIRIR EQUIPOS CON ALTO DESEMPEÑO TECNOLÓGICO QUE RESUELVAN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE TODOS LOS LICITANTES DEBAMOS OFERTAR "8 (OCHO) ZONAS FOCALES O MAYOR". CABE ACLARAR QUE ESTO NO INCREMENTA EL COSTO DEL EQUIPO PERO SI BENEFICIA AL DIAGNÓSTICO.</p>	<p>SE ACEPTA SIN LIMITAR.</p>
<p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p> <p>11.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: ZOOM.</p> <p>PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CEDULA TÉCNICA PARA ESTA PARTIDA NO CUENTA CON RANGO DE TRABAJO Y PARA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA PUEDA ADQUIRIR EQUIPOS CON ALTO DESEMPEÑO TECNOLÓGICO QUE RESUELVAN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE TODOS LOS LICITANTES DEBAMOS OFERTAR "ZOOM CON AL MENOS 20 PASOS, CON 20X (PASOS) EN TIEMPO REAL O MAYOR Y ZOOM DE 20X (PASOS) EN</p>	<p>SE ACEPTA SIN LIMITAR.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>IMAGEN CONGELADA O MAYOR". CABE ACLARAR QUE ESTO NO INCREMENTA EL COSTO DEL EQUIPO PERO SI BENEFICIA AL DIAGNÓSTICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
<p>12.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CEDULA TÉCNICA PARA ESTA PARTIDA NO CUENTA CON RANGO DE TRABAJO Y PARA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA PUEDA ADQUIRIR EQUIPOS CON ALTO DESEMPEÑO TECNOLÓGICO QUE RESUELVAN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE TODOS LOS LICITANTES DEBAMOS OFERTAR "CONTROL DE GANANCIAS POR ZONA (TGC) DE 8 OCHO CONTROLES DESLIZABLES INDEPENDIENTES DE LA GANANCIA GENERAL O MAYOR". CABE ACLARAR QUE ESTO NO INCREMENTA EL COSTO DEL EQUIPO PERO SI BENEFICIA AL DIAGNÓSTICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SE ACEPTA SIN LIMITAR.
<p>13.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: CON TRANSDUCTOR PARA EL ULTRASONIDO MAMARIO, EXCLUSIVO PARA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE MUJERES. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CEDULA TÉCNICA PARA ESTA PARTIDA NO CUENTA CON RANGO DE TRABAJO Y PARA QUE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA PUEDA ADQUIRIR EQUIPOS CON ALTO DESEMPEÑO TECNOLÓGICO QUE RESUELVAN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE TODOS LOS LICITANTES DEBAMOS OFERTAR "TRANSDUCTOR LINEAL ELECTRÓNICO Y MULTIFRECUENCIA, PARA EL ULTRASONIDO MAMARIO, CON RANGO DE TRABAJO DE 5.0 MHZ O MENOR A 13.0 MHZ O MAYOR, EXCLUSIVO PARA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE MUJERES". ESTA CARACTERÍSTICA ES MUY IMPORTANTE YA QUE DE LA FRECUENCIA DEL TRANSDUCTOR DEPENDE LA CALIDAD DE IMAGEN EN GLÁNDULA MAMARIA, A MAYOR FRECUENCIA – MAYOR RESOLUCIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SE ACEPTA, ACLARANDO QUE EL TRANSDUCTOR DEBE SER MAYOR A 11 MHZ
<p>13.- REFERENTE. PARTIDA NO. 11, ANEXO 1 (UNO); "ULTRASONÓGRAFO, SIN NUMERAL. DICE: CON BIRADS 0, 3, 4 Y 5. PREGUNTA: ESTA CARACTERÍSTICA ES MUY AMBIGUA. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA QUE "BI-RADS" ES UNA CLASIFICACIÓN QUE REALIZA EL MÉDICO RADIÓLOGO EN BASE A LA AUSCULTACIÓN, IMÁGENES RADIOLÓGICAS Y DE ULTRASONIDO, ANTECEDENTES FAMILIARES E HISTORIAL CLÍNICO DEL PACIENTE, LAS MÁQUINAS NO TIENEN CAPACIDAD DE REALIZAR ESTA CLASIFICACIÓN, QUIEN LA HACE ES EL RADIÓLOGO Y LA ANOTA EN SU REPORTE. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE ESTE NUMERAL SEA REEMPLAZADO POR "CAPACIDAD DE GENERAR REPORTES CON MEDICIONES, CÁLCULOS Y ANOTACIONES". ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	SE ACEPTA

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5.- SOLUCIONES EN BIOINGENIERIA, S. A. DE C. V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>CUESTIONAMIENTOS ADMINISTRATIVOS:</p>	
<p>1.- SIN PUNTO. FAVOR DE ACLARAR SI LOS DOCUMENTOS Y ESCRITOS A PRESENTAR, DIFERENTES AL ANEXO II Y ANEXO III, SERÁN EN FORMATO LIBRE? DADO QUE EN LA PÁGINA DE COMPRANET NO SE ENCUENTRAN DICHS FORMATOS.</p>	SERÁN EN FORMATO LIBRE, PERO DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN BASES.
<p>2.-TRADUCCIONES Y DOCUMENTOS EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL. POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PARA LOS MANUALES Y CATÁLOGOS QUE SE ENCUENTREN EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL PODER PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL JUNTO CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA TRADUCCIÓN ES FIEL AL ORIGINAL. ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA, SIN LIMITAR.
<p>3.- CERTIFICADOS Y NORMAS. POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO ME ACLARE SI SE</p>	EL PROVEEDOR DEBERÁ DE



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
REQUIERE TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DE LOS CERTIFICADOS Y NORMAS A PRESENTAR O BASTARA CON PRESENTAR COPIA DEL ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE EN COPIA LEGIBLE.	PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN Y LA VALORACIÓN QUEDARÁ A CARGO DE LA CONVOCANTE.
4.- RENGLÓN 11, ULTRA SONÓGRAFO. DEBEMOS DE ENTENDER QUE PARA ESTE RENGLÓN SERÁ INDISPENSABLE QUE LOS PARTICIPANTES PRESENTEN EL ISO 13485 A NOMBRE DEL FABRICANTE?	EL PROVEEDOR DEBERÁ DE PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN Y LA VALORACIÓN QUEDARÁ A CARGO DE LA CONVOCANTE.
CUESTIONAMIENTOS TÉCNICOS:	
1.- RENGLÓN 11, ULTRASONOGRAFO. ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON UNA PANTALLA MÍNIMO DE 15 PULGADAS CON 256 NIVELES DE GRIS Y 256 TONOS DE COLOR? DADO QUE LA FICHA DEL CENETEC MARCA ESTOS PARÁMETROS COMO LOS MÍNIMOS DE UN EQUIPO DE TECNOLOGÍA ACTUAL.	PANTALLA DE 19"
2.- RENGLON 11, ULTRASONOGRAFO. ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON MODO 3D Y 4D? ESTO DADOS LOS REQUERIMIENTOS Y DEMANDA DE LOS EQUIPOS ACTUALES ASI COMO PARA UN MEJOR DIAGNÓSTICO DEL PACIENTE.	ES CORRECTO
3.- RENGLON 11, ULTRASONOGRAFO. ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON OPCIÓN A ELASTOGRAFIA?	ES CORRECTO
4.- RENGLON 11, ULTRASONOGRAFO. ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON UN TRANSDUCTOR LINEAL PARA USO MAMARIO DE 12 MHZ O MAYOR PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO EN ESTUDIOS DE MAMA?	ES CORRECTO
5.- RENGLON 11, ULTRASONOGRAFO. ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON CINE LOOP DE 1000 CUADROS O MAYOR? ESTO DADO LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE LOS DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS A PACIENTES.	ES CORRECTO
6.- RENGLON 11, ULTRASONOGRAFO. POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER ENUMERAR LA FICHA TÉCNICA PARA QUE SEA MÁS FÁCIL Y ÁGIL LA REFERENCIACIÓN, SE ACEPTA?	SE ACEPTA
7.- RENGLON 11, ULTRASONOGRAFO. ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON MÍNIMO DE 4 PUERTOS ACTIVOS PARA TRANSDUCTOR? LO ANTERIOR DADO PARA QUE LA CONVOCANTE TENGA LA OPCIÓN DE CRECIMIENTO A MAS NÚMERO DE TRANSDUCTORES EN UN FUTURO.	ES CORRECTO
8.- RENGLON 11, ULTRASONOGRAFO. ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON UN MÍNIMO DE 4 PUERTOS USB?	ES CORRECTO
9.- RENGLON 11, ULTRASONOGRAFO. ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON UN MÍNIMO DE 500 GB DE ALMACENAMIENTO EN EL MISMO EQUIPO?	ES CORRECTO
10.- RENGLON 11, ULTRASONOGRAFO. ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON CINE LOOP DE 1000 CUADROS O MAYOR? ESTO DADO LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE LOS DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS A PACIENTES.	ES CORRECTO
11.- RENGLON 11, ULTRASONOGRAFO. ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ DE CONTAR CON FUNCIÓN DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE REPORTES EN FORMATO PDF?	ES CORRECTO
12.- PARA TODOS LOS RENGLONES. POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER ENUMERAR LAS FICHAS TÉCNICAS DE FORMA CONSECUTIVA (CADA FICHA) PARA REFERENCIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UNA MANERA MÁS RÁPIDA Y ÁGIL QUE FACILITE SU REFERENCIACIÓN EN LOS CATÁLOGOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA

4

2

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

6.- ABSTEN DIAGNOSOTIK, S. A. DE C. V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA 12 (GARANTÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD TÉCNICA) PUNTO 1.- "AL MENOS CINCO INSTALACIONES PACS/RIS Y UNA INSTALACIÓN PACS/RIS MULTISITIO, TODAS	APEGARSE A LO SOLICITADO



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>FUNCIONANDO EN EL PAÍS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARA ELLO DEBERÁ ANEXAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA OPERANDO EL SISTEMA, DIRECCIÓN Y TELÉFONO CON EL FIN DE PODER CORROBORAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA.”</p> <p>1. DEBIDO A QUE EL PRODUCTO OFERTADO POR MI REPRESENTADA, ES DE RECIENTE EXISTENCIA EN EL PAÍS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITE PRESENTARA CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA EMPRESA FABRICANTE DEL SISTEMA, CON CLIENTES ACTUALES EN SU PAÍS DE ORIGEN. ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>PARTIDA 12 “EL SOFTWARE DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN CUALQUIER ESTACIÓN DE TRABAJO CONECTADA A LA RED DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y DEBERÁ INCLUIR LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES O HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES PARA MASTOGRAFÍA.”</p> <p>1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE CUÁNTAS SON LAS ESTACIONES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAS CONECTADAS A LA RED DE ESTACIONES DE TRABAJO, CON MOTIVO DE CONOCER LA NECESIDAD A DETALLE Y CONTEMPLAR TODAS LAS LICENCIAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA SOLUCIÓN.</p>	ESTÁ EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS
<p>PARTIDA 12</p> <p>1. CON MOTIVO DE OFERTAR LA SOLUCIÓN MÁS ADECUADA PARA ESA CONVOCANTE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI LA UNIDAD MÉDICA YA CUENTA CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PACS. DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA, SOLICITAMOS NOS ACLARE CUÁNTOS ESTUDIOS DEBERÁN SER ALMACENADOS POR EL SISTEMA Y CON CUÁNTO ALMACENAMIENTO SE DEBERÁ CONTEMPLAR LA SOLUCIÓN.</p>	YA CONTAMOS CON RICS/PACS

4

2

7.- SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S. A. DE C. V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>CARÁCTER ADMINISTRATIVO</p> <p>1.- LUGAR DE ENTREGA</p> <p>UNA VEZ ENTREGADOS LOS BIENES EN ALMACÉN, LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DEL TRASLADO DE ESTOS A LAS ÁREAS Y HOSPITALES CORRESPONDIENTES. FAVOR DE CONFIRMAR.</p>	ES CORRECTO
<p>2.- GARANTIA</p> <p>SOLICITAMOS ATENTAMENTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE 48 MESES A 36 MESES PARA UN REDUCCIÓN DEL COSTOS ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA DE 36 MESES
<p>CARÁCTER TÉCNICO</p> <p>1.- ANEXO 1 TÉCNICO NÚM. RENGLÓN 11 ULTRASONOGRAFO EQUIPO. PARA UNA MEJOR REFERENCIACIÓN DE LA CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA ENUMERAR DICHAS CARACTERÍSTICAS ¿SE ACEPTA?</p>	SE ACEPTA SIN LIMITAR
<p>2.- ANEXO 1 TÉCNICO NÚM. RENGLÓN 11 ULTRASONOGRAFO EQUIPO. TRANSDUCTOR PARA EL ULTRASONIDO MAMARIO, EXCLUSIVO PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE MUJERES CON BIRADS 0, 3, 4 Y 5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR UN TRANSDUCTOR LINEAL CON LA SIGUIENTE FRECUENCIA DE 5 MHZ A 13 MHZ CON EN GINECOLOGÍA CAPAZ DE REALIZAR LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS SOLICITADOS,</p>	DEBERÁ SER MAYOR A 11 MHZ.
<p>3.- ANEXO 1 TÉCNICO NÚM. RENGLÓN 11 ULTRASONOGRAFO EQUIPO. TRANSDUCTOR PARA EL ULTRASONIDO MAMARIO, EXCLUSIVO PARA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE MUJERES CON BIRADS 0,3,4 , CONSIDERANDO QUE EL TERMINO BIRADS ES</p>	ES EXCLUSIVO PARA GLÁNDULA DE MAMA.

4

2



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

PREGUNTAS	RESPUESTAS
RESULTADO DEL CONTROL DE CALIDAD DE RADIOLOGÍA Y REMITE AL PACIENTE A DIFERENTES ESTUDIOS CONFIRMATORIOS ENTRE ELLOS LA ULTRASONOGRAFÍA ESTE TÉRMINO ES CONSIDERADO CON UNA INDICACIÓN POR LO CUAL NO ES POSIBLE REFERENCIAR ESTE PUNTO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL TRANSDUCTOR A OFERTAR ES DE USO GINECOLÓGICO Y BRINDA EL APOYO EN EL APOYO EN EL ESTUDIO REFERIDO. ¿FAVOR DE CONFIRMAR?	

8.- DICIPA, S. A. DE C. V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS E INTERPRETACIÓN MÉDICA, SE SUGIERE QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES OFERTAR MONITOR DE POR LO MENOS 19". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
2.- A FIN DE LOGRAR UN DESEMPEÑO ÓPTIMO EN LA MÁQUINA, SE RECOMIENDA QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES OFERTAR EQUIPOS CON RANGO DINÁMICO DE AL MENOS 170 DB. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
3.- A FIN DE LOGRAR UN DESEMPEÑO ÓPTIMO EN LA MÁQUINA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IMÁGENES, SE RECOMIENDA QUE SEA OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES OFERTAR EQUIPOS CON AL MENOS 65,000 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
4.- DEBIDO A QUE EL PROGRAMA DE ECOMREALZADORES NO SE REQUIERE PARA TODAS LAS APLICACIONES, ADEMÁS DE QUE ENCARECE LA PROPUESTA, SE SOLICITA NULIFICAR DICHO PUNTO, O BIEN, MANTENERLO COMO UNA HERRAMIENTA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
5.- SE SOLICITA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES OFERTEN LA REVISIÓN DE IMÁGENES DE CINE DE POR LO MENOS 1,000 IMÁGENES EN BLANCO Y NEGRO. ¿SE ACEPTA COMO OBLIGATORIO?	SE ACEPTA
6.- SE SOLICITA QUE TODOS LOS PARTICIPANTES OFERTEN ZOOM DIGITAL RECONSTRUIDO DE POR LO MENOS 16 NIVELES PARA LOGRAR UN MEJOR MANEJO E INTERPRETACIÓN DE LAS IMÁGENES. ¿SE ACEPTA COMO OBLIGATORIO?	SE ACEPTA

LAS ACLARACIONES, ACUERDOS Y MODIFICACIONES TOMADAS EN LA PRESENTE REUNIÓN, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LAS BASES EMITIDAS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL MISMO DÍA DE INICIADO EL PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PREVIA LECTURA DE LA MISMA.

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA:


MTRO. JAVIER ALEJANDRO DELGADILLO CHÁVEZ. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
LIC. CARLOS ALBERTO GÁLVEZ FLORES. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	
LIC. PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE NORMATIVIDAD	




SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

DR. JUAN MANUEL GÁRCIA DIAZ. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	
DR. OMAR RODOLFO MELENDEZ FRANCO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCION MÉDICA.	

POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS:

LIC. JUAN ANTONIO FRÍAS CASTRO	
---------------------------------------	--

POR LOS LICITANTES:

C. PEDRO MORENO CÁRDENAS. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DICIPA, SA DE CV	
--	---

LA PRESENTE FIRMA FORMA PARTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-925006998-E11-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"

