

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PERSONAS
 IA-925006998-N7-2015
 "ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO"
 CONVOCANTE:

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (SERVICIO DE RAYOS X)

ANEXO I
 PROPUESTA TÉCNICA

CONS.	UNIDADES	NÚMEROS DE EQUIPOS	SERVICIO
1	HOSPITAL GENERAL DE ESCUINAPA	1	DIGITALIZADOR DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS (FCR PRIMA II MARCA FUJIFILM) –Procesa 35 IP/HR. –Equipo sobre mesa. – Tiempo de procesamiento 66 sec. – Resolución 10 pixeles/mm
		1	IMPRESORA DICOM PARA PELICULA RADIOGRAFICA EN SECO(DRYPIX LITE MARCA FUJIFILM) – Diseño sobre mesa.-2 Charolas de impresión en línea.- Impresión de 50 Pel/hr. – Resolución 12 Bits. –Pixeles 84.7 micrones
2	HOSPITAL GENERAL LOS MOCHIS	1	DIGITALIZADOR DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS FCR PRIMA T2 MARCA FUJIFILM) –Procesa 73 IP/HR. –Equipo sobre mesa. – Tiempo de procesamiento 49 sec. – Resolución 10 pixeles/mm
			IMPRESORA DICOM PARA PELICULA RADIOGRAFICA EN SECO(DRYPIX LITE MARCA FUJIFILM) – Diseño sobre mesa.-2 Charolas de impresión en línea. Impresión de 50 Pel/hr. – Resolución 12 Bits. –Pixeles 84.7 micrones

3	HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA	1	GENERADOR DE RAYOS X FIJO (HF-1325 MARCA INTELLIGENT.-Alta frecuencia-500 mas-bucky resipromatico de pared y de mesa.-mesa flotante de 4 polos-tubo anodo giratorio--filamento corto de 1mm y -filamento largo de 2 mm
		1	GENERADOR DE RAYOS X MOVIL (AMX-IV MARCA GENERAL ELECTRIC)-Tubo de anodo giratorio-Alta frecuencia- 300ma a 125kvp- Estabilizador de potencia generado por un banco de pilas.-Facil manejo
4	HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO	1	ULTRASONIDO (LOGIQ 5 MARCA General Electric)-Monitor crt 15". -optimización automática de la imagen. - Imagen 3d. - Almacenamiento de 4.000 clips de video. - Truedigital a 150+marcos por segundo.
5	HOSPITAL INTEGRAL DE SINALOA DE LEYVA	1	GENERADOR DE RAYOS X FIJO (SILHOUETTE HFQ MARCA GENERAL ELECTRIC).-Alta frecuencia-10 a 400 ma; 630 a 50 kw-mesa flotante-Potencia nominal.

[Handwritten marks and scribbles on the right side of the page]

[Handwritten signature or scribble]

[Handwritten mark]

6	CENTRO DE SALUD MOCHIS II	1	ULTRASONIDO (LOGIQ P5 MARCA GENERAL ELECTRIC)- Monitor de LCD de 15 pulgadas.- Optimización automática y TGC automática.- La función de datos sin procesar (Raw Data).- 3D/4D
		1	GENERADOR DE RAYOS X FIJO (HF500 MARCA PICKER)-Alta frecuencia.- Mesa flotante de 4 polos.- Columna piso pared.- Bucky pared 17x17 pulgadas con rejilla de 103 líneas.- Tubo RX 500 mA 125 KVP 200KHU
		1	DIGITALIZADOR DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS(FCR XG1 MARCA FUJIFILM) -Procesamiento de imagen de alta calidad.- Escala de grises 12 bits .- Acepta cassette en diferentes medidas (14x17", 14x14", 10x12", 8x10".- Procesa 56 lp/hora 14x17".
		1	IMPRESORA DICOM PARA PELICULA RADIOGRAFICA EN SECO(DRYPIX LITE MARCA FUJIFILM) - Diseño sobre mesa.-2 Charolas de impresión en línea.- Impresión de 50 Pel/hr. - Resolución 12 Bits. -Píxeles 84.7 micrones
7	CENTRO DE SALUD PALMITAS	1	GENERADOR DE RAYOS X FIJO(ET797-01 MARCA APOGEE SUMMIT) Alta frecuencia.- Mesa flotante de 4 polos.- Columna piso pared.- Bucky pared 17x17 pulgadas con rejilla de 103 líneas.- Tubo RX 500 mA 125 KVP 200KHU
		1	REVELADORA (M35 Marca KODAK) -Proceso automatico de sobre mesa.- Transporte de rodillo de enganche automatico.-Ahorra gastos de energía.- Juego de tanques de 30 litros.

6
 7
 4
 2



8	CENTRO DE SALUD GUAMUCHIL	1	GENERADOR DE RAYOS X FIJO (IDEA MARCA INERSCAN) Alta frecuencia.- Mesa flotante de 4 polos.- Columna piso pared.- Bucky pared 17x17 pulgadas con rejilla de 103 lineas.- Tubo RX 500 mA 125 KVP 200KHU
		1	DIGITALIZADOR DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS (CR35X MARCA AGFA) - Resolución estandar 6 pixeles/mm con maxima resolución de 20pixeles/mm.- Lectura de 71 películas/hora. Adquisición de imagen de 12 bits.
		1	IMPRESORA DICOM PARA PELICULA RADIOGRAFICA EN SECO (DRYPIX LITE MARCA FUJIFILM) - Diseño sobre mesa.- 2 Charolas de impresión en línea.- Impresión de 50 Pel/hr.- Resolución 12 Bits. - Pixeles 84.7 micrones

CULIACÁN, SINALOA 15 DE DICIEMBRE DE 2015.

ATENTAMENTE


JORGE LUIS GONZÁLEZ LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL